



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне"

Изх. № 5736

София, 19.12.2007 г.

До

Всячки лица, закупили документацията  
за участие в обществена поръчка

**Относно:** Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за Изпълнителна Агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Договор 5)”, финансирана от програма ФАР по проект BG 2005/017-353-03.02

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпили от Вас запитвания, в законоустановения срок отговаряме на въпросите Ви, както следва:

**Въпрос:**

*Във връзка с Ваше писмо Изх. № 5668 от 15.12.2007 г. с отговори на зададени въпроси бихте ли пояснили относно отговорът Ви по въпрос 2, дали ще бъде допусната до участие система за Real Time PCR, при която в една проба могат да се отчитат 4 таргетни маркера без необходимост от референтен маркер за нормализиране на сигнала, каквато е системата на Errendorf, която сте посочили в отговора си?*


*В противен случай комбинацията от изисквания за блок с 96 гнезда за епруветки и плаки и детекция на 5 различни флуоресцентни маркера в проба е силно ограничаващо условие и на него отговарят само 3 от посочените от Вас производители.*

**Отговор:**

За целите на контрола на генетично-модифицирани организми, който се извършва по стандартизирани методики, се изисква система за количествен /real-time/ PCR анализ да бъде със стандартен капацитет, а именно – блок за 96 проби с гнезда за епруветки и плаки от 0.2 мл.

Изискваните 5 канала за детекция е минималната необходима спецификация на системата и това изискване не може да се определи, като силно ограничаващо за участие в процедурата, тъй като има достатъчно производители отговарящи на тези изисквания.

С уважение:

  
**ЛЮБОМИР ТУШАНОВ**  
Директор на дирекция ЦЗФД и  
Заместник – програма ФАР