

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне"

Изх. № 384.....

София, 28.01.2008 г.

До

Всички, закупили документацията
за участие в обществена поръчка

ОТНОСНО: "Модернизирание на българската полиция и повишаване на нейната ефективност - Доставка на техническо оборудване за извършване на лабораторни тестове за установяване на фалшифицирани документи за самоличност и въвеждане на биометрични показатели за установяване на самоличност на чужденци (КОМПОНЕНТ 2.6), финансирана от Програма ФАР по проект BG 2005/017-353.07.04"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с получени запитвания от потенциални участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосоченият предмет и в изпълнение на разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, моля да се запознаете с приложените по-долу въпроси и отговори, които могат да имат отношение към участниците.

Надявам се, че информацията ще Ви бъде полезна.

С УВАЖЕНИЕ,

ЛЮБОМИР ТУШАНОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛНО ЗВЕНО ЗА
ФИНАНСИРАНЕ И ДОГОВАРЯНЕ
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ НА
ПРОГРАМА ФАР КЪМ ЦЗФД

Въпроси и отговори, които могат да имат отношение към участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

«Модернизация на българската полиция и повишаване на нейната ефективност - Доставка на техническо оборудване за извършване на лабораторни тестове за установяване на фалшифицирани документи за самоличност и еверждане на биометрични показатели за установяване на самоличност на чужденци (КОМПОНЕНТ 2.6), финансирана от Програма ФАР по проект BG 2005/017-353.07.04»

№	Въпроси	Отговори
1	<p>Лот 1, Позиция 1 - Видеоспектрален компаратор:</p> <p>Според техническите спецификации, видеоспектралният компаратор съдържа много светлинни източници и аксесари с голяма мощност. Като пълно, дефинираният инструмент не е мобилен / подвижен и трябва да е инсталиран в подходящо помещение / лаборатория. Изискването за ел. захранване от 12 V DC противоречи на описаната конфигурация и най-вероятно е техническа грешка.</p> <p>Моля, потвърдете, че апаратурата трябва да работи само с ел. захранване 220 V / 50 Hz AC.</p>	<p>Лот 1, Позиция 1 – Видеоспектрален компаратор - относно захранването, потвърждаваме, че описаната конфигурация трябва да работи с ел. захранване 220/50 Hz AC.</p>
2	<p>Лот 1, Позиция 1 - Видеоспектрален компаратор:</p> <p>Предлагат се много и различни софтуери за контрол и обработка на данните, които дефинират класа на инструмента. Моля, уточнете по-детайлно функциите, които желаете да притежава софтуера по т. 4.10.</p>	<p>Лот 1, Позиция 1 – Видеоспектрален компаратор, касаеща софтуер, напите изисквания са следните:</p> <p>Софтуерът за пълно контрол на инструмента и обработка на данните трябва да има следните минимални функции:</p> <ul style="list-style-type: none">- Изображение в реално време, сравняване и измерване;- Наслагване на реално измерването и запазването

		<p>изображения;</p> <ul style="list-style-type: none">- Инверсия на образа – огледални изображения, въртене на изображението, позитив-негатив;- Корекция на сенки, контраст, цифрово увеличение;- Измерване на разстояние между две точки;- Измерване на площ на правоъгълник зададен потребителя;- Измерване на ъгли между две линии;- Калибриране на системата за провеждане на абсолютни измервания;- Антистокс ефект.
--	--	---