



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне"

Изх. № 5714

София, 21.12. 2008 г.

До

Всички лица, закупили документацията  
за участие в обществена поръчка

**Относно:** *Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за Изпълнителна Агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Договор 5)”, финансирана от програма ФАР по проект BG 2005/017-353-03.02*

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпили от Вас запитвания, в законоустановения срок отговаряме на въпросите Ви, както следва:

**Въпрос:**

*Във връзка с Ваше писмо Изх. № 5668 от 15.12.2007 г. с отговори на зададени въпроси бихте ли пояснили относно отговора Ви по въпрос 2, в който е споменато:*

*„Ще се предпочитат системи, при които в една проба могат да се отчетат едновременно не по-малко от 4 таргетни маркера и един референтен за нормализиране на сигнала.”*

*Бихте ли ни пояснили ще бъде ли допусната до участие система, която може да отчетва едновременно в една проба 4 таргетни маркера и която няма нужда от референтен канал за нормализиране на сигнала, което води до опростяване на работните процедури и намаляване на разходите за консумативи, понеже отпада необходимостта от добавяне на допълнително референтно багрило във всяка проба?*

**Отговор:**

Изискваните 5 канала за детекция е минималната необходима спецификация на системата и това изискване не може да се определи като силно ограничаващо за участие в процедурата, тъй като има достатъчно производители отговарящи на тези изисквания.

С уважение:

  
Гергана Беремска  
Ръководител програма ФАР